

IMPORTADORA DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS

1. Recepción de Instrumentales.
2. Área de desinfección y lavado. (2 Bachas hondas de Acero Inoxidable)
3. Área de Acondicionamiento final. Área de Secado y Preparación de Instrumentales
4. Salida de Productos e Instrumentales limpios
5. Depósitos:
 - a. Instrumentales. (Ver condiciones de depósitos de Dispositivos Médicos)
 - b. Materiales de Osteosíntesis. (Ver condiciones de depósitos de Dispositivos Médicos)
6. Servicios higiénicos.
7. Vestuarios.
8. Área administrativa.
9. Las circulaciones de productos de osteosíntesis y de instrumentales en proceso de limpieza y desinfección serán independientes y separadas.
10. La circulación debe ser unidireccional.

RECOMENDACIONES DE ACABADOS:

- Mesadas con superficies lisas.
- Cielorrasos en acondicionamiento final.
- Cerramientos fijos y móviles con superficies lisas y de fácil verificación y limpieza.
- Climatización de los ambientes.
- Paredes con pinturas epoxis, acrílicas o esmaltes.

Documentos Adjuntos:

- Flujograma de trabajo
- Manual de Calidad y Procedimientos